BIO MECANICA

INSTRUÇÃO DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES (POLIMÉRICOS GERAÇÃO 2) - BM

- BM

- BM

Relação dos Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Poliméricos Geração 2) - BM

Código/Descrição/Dimensões;Nível (quadril, joelho, ombro etc.)/ Matéria-prima/Indicação de Uso

5474-00-000;Tubo Protetor para aperto final;Ø45,0x73,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Tubo protetor da haste durante o aperto.*

8680-00-000;Batedor do Espaçador Lombar;Ø45,0x228,0 mm;Coluna;Poliacetal;*Impacção do Implante*

6056-01-000;Pino do Impactor Final - DHS/RICHARDS;Ø10,0x23,0 mm;Trauma;Poliacetal;*Impacção do implante*

4002-00-015;Prova Componente Glenoidal - 19,0 mm;Ø25,0 x 19,0 mm;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-016;Prova Componente Glenoidal - 22,0 mm;Ø28,0 x 22,0 mm;Artroplastia; Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-017;Prova Componente Glenoidal - 24,0 mm;Ø31,0 x 24,0 mm;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-018;Prova Componente Glenoidal - 26,0 mm;Ø34,0 x 26,0 mm;Artroplastia; Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-019;Prova Componente Glenoidal - 30,0 mm;Ø37,0 x 30,0 mm;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-072;Prova de Cabeça Umeral - Pequena;Ø40,0 mm - Pequena;Artroplastia;Poliacetal*;Teste do tamanho e amplitude de movi-*

mento

4002-00-073;Prova de Cabeça Umeral - Média;Ø43,0 mm - Média;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-074;Prova de Cabeça Umeral - Grande;Ø45,0 mm - Grande;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-100;Prova Cabeça Umeral Descentrada - Pequena ;Ø40,0 mm - Pequena;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-101;Prova Cabeça Umeral Descentrada - Média ;Ø43,0 mm - Média;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

4002-00-102;Prova Cabeça Umeral Descentrada - Grande ;Ø45,0 mm - Grande;Artroplastia;Poliacetal;*Teste do tamanho e amplitude de movimento*

5000-08-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 8,0;G/EG - 8,0 mm;-Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-09-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 9,0;G/EG - 9,0 mm;-Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-10-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 10,0;G/EG - 10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-11-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 11,0;G/EG - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-12-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 12,0;G/EG - 12,0

mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-13-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 13,0;G/EG - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-14-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 14,0;G/EG - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-15-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 15,0;G/EG - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-16-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 16,0;G/EG - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-17-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 17,0;G/EG - 17,0 m;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-18-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 18,0;G/EG - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-19-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 19,0;G/EG - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-20-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 20,0;G/EG - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial*

e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho

5000-21-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 21,0;G/EG - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal*;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-22-000;Inserto Tibial BKSIII TesteG/EG - 22,0;G/EG - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal*;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-23-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 23,0;G/EG - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5000-24-000;Inserto Tibial BKSIII Teste G/EG - 24,0;G/EG - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-08-000;Inserto Tibial BKSIII Teste P/M - 8,0;P/M - 8,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-09-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 9,0;P/M - 9,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-10-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 10,0;P/M - 10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-11-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 11,0;P/M - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do*

joelho

5001-12-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 12,0;P/M - 12,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-13-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 13,0;P/M - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-14-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 14,0;P/M - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-15-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 15,0;P/M - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal*;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-16-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 16,0;P/M - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal*;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-17-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 17,0;P/M - 17,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-18-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 18,0;P/M - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-19-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 19,0;P/M - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-20-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 20,0;P/M - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-21-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 21,0;P/M - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-22-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 22,0;P/M - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-23-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 23,0;P/M - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5001-24-000;Inserto Tibial BKSIII TesteP/M - 24,0;P/M - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-08-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 8,0;Extra Pequeno - 8,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-09-000;Inserto Tibial BKSIII TesteExtra Pequeno - 9,0;Extra Pequeno - 9,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-10-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 10,0;Extra Pequeno - 10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-11-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 11,0;Extra

Pequeno - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-12-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 12,0;Extra Pequeno - 12,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-13-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 13,0;Extra Pequeno - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-14-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 14,0;Extra Pequeno - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-15-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 15,0;Extra Pequeno - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-16-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 16,0;Extra Pequeno - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-17-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 17,0;Extra Pequeno - 17,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-18-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 18,0;Extra Pequeno - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-19-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 19,0;Extra Pequeno - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componen-*

tes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho

5002-20-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 20,0;Extra Pequeno - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-21-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 21,0;Extra Pequeno - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-22-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 22,0;Extra Pequeno - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-23-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 23,0;Extra Pequeno - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5002-24-000;Inserto Tibial BKSIII Teste Extra Pequeno - 24,0;Extra Pequeno - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-08-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 8,0;G/EG - 8,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-09-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 9,0;G/EG - 9,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-10-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 10,0;G/EG - 10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de*

articulação do joelho

5003-11-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 11,0;G/EG - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-12-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 12,0;G/EG - 12,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-13-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 13,0;G/EG - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-14-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 14,0;G/EG - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-15-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 15,0;G/EG - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-16-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 16,0;G/EG - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-17-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteG/EG - 17,0;G/EG - 17,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-18-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 18,0;G/EG - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-19-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 19,0;G/EG - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-20-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 20,0;G/EG - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-21-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 21,0;G/EG - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-22-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteG/EG - 22,0;G/EG - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-23-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 23,0;G/EG - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5003-24-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste G/EG - 24,0;G/EG - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-08-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 8,0;P/M - 8,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-09-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 9,0;P/M - 9,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-10-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 10,0;P/M -

10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-11-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteP/M - 11,0;P/M - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-12-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 12,0;P/M - 12,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-13-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 13,0;P/M - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-14-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteP/M - 14,0;P/M - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-15-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 15,0;P/M - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-16-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 16,0;P/M - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-17-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 17,0;P/M - 17,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-18-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 18,0;P/M - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/ tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de*

articulação do joelho

5004-19-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 19,0;P/M - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-20-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteP/M - 20,0;P/M - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-21-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 21,0;P/M - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-22-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteP/M - 22,0;P/M - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal*;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-23-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste P/M - 23,0;P/M - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5004-24-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII TesteP/M - 24,0;P/M - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho

5005-08-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 8,0;Extra Pequeno - 8,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-09-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 9,0;Extra Pequeno - 9,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-10-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 10,0;Extra Pequeno - 10,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-11-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 11,0;Extra Pequeno - 11,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-12-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 12,0;Extra Pequeno - 12,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-13-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 13,0;Extra Pequeno - 13,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-14-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 14,0;Extra Pequeno - 14,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-15-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 15,0;Extra Pequeno - 15,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-16-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 16,0;Extra Pequeno - 16,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-17-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 17,0;Extra Pequeno - 17,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-18-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno -

18,0;Extra Pequeno - 18,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-19-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 19,0;Extra Pequeno - 19,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-20-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 20,0;Extra Pequeno - 20,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-21-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 21,0;Extra Pequeno - 21,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-22-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno-22,0;Extra Pequeno - 22,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-23-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 23,0;Extra Pequeno - 23,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5005-24-000;Inserto Tibial Revisão BKSIII Teste Extra Pequeno - 24,0;Extra Pequeno - 24,0 mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para unir os componentes Femoral/tibial e definir o tamanho do implante a ser colocado e manter a linha de articulação do joelho*

5006-08-000;Bloco Espaçador 8,0mm;8,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-09-000;Bloco Espaçador 9,0mm;9,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-10-000;Bloco Espaçador10,0mm;10,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-11-000;Bloco Espaçador 11,0mm;11,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-12-000;Bloco Espaçador 12,0mm;12,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-13-000;Bloco Espaçador 13,0mm;13,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-14-000;Bloco Espaçador 14,0mm;14,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-15-000;Bloco Espaçador 15,0mm;15,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-16-000;Bloco Espaçador 16,0mm;16,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-17-000;Bloco Espaçador17,0mm;17,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-18-000;Bloco Espaçador 18,0mm;18,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-19-000;Bloco Espaçador 19,0mm;19,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-20-000;Bloco Espaçador 20,0mm;20,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento*

de varo e valgo

5006-21-000;Bloco Espaçador 21,0mm;21,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-22-000;Bloco Espaçador 22,0mm;22,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-23-000;Bloco Espaçador 23,0mm;23,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5006-24-000;Bloco Espaçador 24,0mm;24,0mm;Joelho;Poliacetal;*Utilizado para definir a espessura do Inserto tibial e avaliar o alinhamento de varo e valgo*

5007-05-000;Calço Femoral Distal Teste5 mm Extra Pequeno;5 mm - Extra Pequeno;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5007-10-000;Calço Femoral Distal Teste10 mm Extra Pequeno;10 mm - Extra Pequeno;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5008-05-000;Calço Femoral Distal Teste5 mm P-M;5 mm P-M;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5008-10-000;Calço Femoral Distal Teste10 mm P-M;10 mm P-M;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5009-05-000;Calço Femoral Distal Teste5 mm G-EG;5 mm G-EG;-Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5009-10-000;Calço Femoral Distal Teste10 mm G-EG;10 mm G-EG;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5010-05-000;Calço Femoral Posterior Teste5 mm Extra Pequeno;5 mm - Extra Pequeno;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5010-10-000;Calço Femoral Posterior Teste10 mm Extra Pequeno;10 mm - Extra Pequeno;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5011-05-000;Calço Femoral Posterior Teste 5 mm P-M;5 mm P-M;-Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5011-10-000;Calço Femoral Posterior Teste 10 mm P-M;10 mm P-M;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5012-05-000;Calço Femoral Posterior Teste 5 mm G-EG;5 mm G-EG;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5012-10-000;Calço Femoral Posterior Teste10 mm G-EG;10 mm G-EG;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente femoral teste*

5123-00-002;Impactor de cabeça;Ø35,0 x 155,0mm;Quadril;Poliacetal;*Impactar a cabeça na haste femoral*

6000-28-C00;Cabeça Intercambiável Teste - Curta;Curta;Quadril;Poliacetal;*Serve para testar o offset da Haste e definir a cabeça a ser implantada*

6000-28-M00;Calço Femoral Posterior Teste - Média;*Média;*Quadril;Poliacetal;**Serve para testar o offset da Haste e definir a cabeça a ser implantada**

6000-28-L00;Calço Femoral Posterior Teste - Longa;*Longa*;Quadril;Poliacetal;*Serve para testar o offset da Haste e definir a cabeça a ser implantada*

6000-28-EL0;Calço Femoral Posterior Teste - Extra Longa;Extra

Longa;Quadril;Poliacetal;Serve para testar o offset da Haste e definir a cabeça a ser implantada

5016-00-00D;Calço Tibial Teste - Ex. Pequeno - Angulado Parcial 7° - Direito;Ex. Pequeno - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal*;Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-00-00E;Calço Tibial Teste - Ex. Pequeno - Angulado Parcial 7° - Esquerdo;Ex. Pequeno - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal*;-Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-01-00D;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 7° - Direito;Pequeno - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-01-00E;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 7° - Esquerdo;Pequeno - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-02-00D;Calço Tibial Teste - Médio - Angulado Parcial 7° - Direito;Médio - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-02-00E;Calço Tibial Teste - Médio - Angulado Parcial 7° - Esquerdo;Médio - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-03-00D;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 7° - Direito;Grande - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal*;Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-03-00E;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 7° - Esquerdo;Grande - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-04-00D;Calço Tibial Teste - Ex. Grande - Angulado Parcial 7° - Direito;Ex. Grande - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5016-04-00E;Calço Tibial Teste - Ex. Grande - Angulado Parcial 7° -

Esquerdo;Ex. Grande - Angulado Parcial 7°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-00-05D;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno- Paralelo Parcial 5 mm - Direito;Ex Pequeno- Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;-*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-00-05E;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo Parcial5 mm - Esquerdo;Ex Pequeno - Paralelo Parcial5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-01-05D;Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo Parcial 5 mm - Direito;Pequeno - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-01-05E;Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo Parcial 5 mm - Esquerdo;Pequeno - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-02-05D;Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 5 mm - Direito;Médio - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-02-05E;Calço Tibial Teste- Médio - Paralelo Parcial 5 mm - Esquerdo;Médio - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-03-05D;Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo Parcial 5 mm - Direito;Grande - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-03-05E;Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo Parcial 5 mm - Esquerdo;Grande - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-04-05D;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo Parcial 5 mm - Direito;Ex Grande - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-04-05E;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo Parcial 5 mm - Esquerdo;Ex Grande - Paralelo Parcial 5 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-00-10D;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm - Direito;Ex Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-00-10E;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm - Esquerdo;Ex Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-01-10D;Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm - Direito;Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-01-10E;Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm - Esquerdo;Pequeno - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-02-10D;Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 10 mm - Direito;Médio - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-02-10E;Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 10 mm - Esquerdo;Médio - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-03-10D;Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo Parcial 10 mm - Direito;Grande - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-03-10E;Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo Parcial 10 mm - Esquerdo;Grande - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5017-04-10D;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo Parcial 10 mm - Direito;Ex Grande - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;-

Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste

5017-04-10E;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo Parcial 10 mm - Esquerdo;Ex Grande - Paralelo Parcial 10 mm;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-00-00D;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno- Angulado Parcial 16° - Direito;Ex Pequeno- Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-00-00E;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado Parcial 16° - Esquerdo;Ex Pequeno - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-01-00D;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 16° - Direito;Pequeno - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-01-00E;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 16° - Esquerdo;Pequeno - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-02-00D;Calço Tibial Teste- Médio - Angulado Parcial 16° - Direito;Médio - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-02-00E;Calço Tibial Teste - Médio - Angulado Parcial 16° - Esquerdo;Médio - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-03-00D;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 16° - Direito;Grande - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-03-00E;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 16° - Esquerdo;Grande - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-04-00D;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado Parcial 16° - Direito;Ex Grande - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5018-04-00E;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado Parcial 16° - Esquerdo;Ex Grande - Angulado Parcial 16°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-00-00D;Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado Parcial 26° - Direito;Ex Pequeno - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;-*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-00-00E;Calço Tibial Teste- Ex Pequeno - Angulado Parcial 26° - Esquerdo;Ex Pequeno - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;-*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-01-00D;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 26° - Direito;Pequeno - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-01-00E;Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado Parcial 26° - Esquerdo;Pequeno - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-02-00D;Calço Tibial Teste - Médio - Angulado Parcial 26° - Direito;Médio - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-02-00E;Calço Tibial Teste - Médio - Angulado Parcial 26° - Esquerdo;Médio - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-03-00D;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 26° - Direito;Grande - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-03-00E;Calço Tibial Teste - Grande - Angulado Parcial 26° - Esquerdo;Grande - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-04-00D;Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado Parcial 26° - Direito;Ex Grande - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

5019-04-00E;Calço Tibial Teste- Ex Grande - Angulado Parcial 26° - Esquerdo;Ex Grande - Angulado Parcial 26°;Joelho;Poliacetal;*Serve para completar uma falha óssea e sustentar o componente tibial teste*

Simbologia da Etiqueta de Rastreabilidade (Rótulo) conforme NBR ISO 15223					
Data de Fabricação	Validade	N º do Lote	Dados Fabricante	Código	Não Estéril
XXXX	XXXX	LOT XXXXX		REF XXXX-XX	NON STERILE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição do Produto: Os instrumentais cirúrgicos podem ter diversos designs. Alguns foram desenvolvidos especificamente para atender às preferências de determinados cirurgiões. Muitos levam o nome do cirurgião por quem foram criados. Novos instrumentos foram sendo desenvolvidos para aperfeiçoar diversos procedimentos cirúrgicos ou mesmo ajudar a criar novas técnicas. Embora a inovação signifique novos designs e até mesmo novas categorias de instrumentos, em geral os instrumentais podem ser agrupados por tipo ou aplicações. As técnicas de cirurgia variam de acordo com o conhecimento e escolha do médico cirurgião. Cabe ao cirurgião a escolha final do método, tipo e dimensão dos instrumentais e implantes a serem utilizados, bem como os critérios de avaliação dos resultados pós cirúrgico. Os Instrumentais marca Biomecanica devem ser utilizados durante o procedimento cirúrgico de acordo com a finalidade para a qual foi desenvolvido cada instrumental. O uso desses instrumentais é indicado para uso somente por profissionais. Os cirurgiões que gerenciam o uso destes produtos necessitam conhecer perfeitamente os processos de implante bem como o manuseio dos instrumentais e componentes para implantes. Instrumentais cortantes só devem ser usados para suas finalidades específicas. O

mau uso pode causar perda do corte das lâminas e bordas, bem como afetar o seu desempenho durante o procedimento cirúrgico. Instrumentos que caem no chão invariavelmente são danificados. Quando isso acontece, o instrumento deve ser colocado à parte, cuidadosamente inspecionado e enviado para consertos. A contagem dos instrumentais é essencial. Em primeiro lugar, para proteção do próprio paciente e, em segundo, para evitar a possibilidade de serem inadvertidamente enviados para a lavanderia juntamente com os campos cirúrgicos, onde podem ser perdidos ou danificados caso passem despercebidos.

Materiais de fabricação: Os instrumentais cirúrgicos são fabricados com material polimérico: Poliacetal.

Indicações, Precauções, Restrições/Advertências, Efeitos Adversos e Contraindicações: Os Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Poliméricos Geração 2) - BM são indicados como auxílio indispensável para a preparação do segmento ósseo que vai receber o implante. O instrumental marca Biomecanica só pode ser usado no auxílio de colocação dos implantes marca Biomecanica, pois estes foram fabricados e projetados para serem usados em conjunto. Utilizar instrumentais de fabricantes diferentes pode comprometer a cirurgia. Com o tempo de uso, os instrumentais tendem a desgastar naturalmente devido ao seu uso regular. Os instrumentais devem ser usados somente para o que foi especificado. Os Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Poliméricos Geração 2) - BM, ao reutilizá-lo em outro paciente, é necessário que o mesmo seja lavado, higienizado e em seguida reesterilizado. Esse processo deve ser realizado sempre em que for utilizado em uma nova cirurgia. O re-uso do mesmo sem passar por um processo de higienização e reesterilização é expressamente proibido. Instrumentos desgastados e quebrados podem causar problemas significativos se não forem detectados durante a inspeção e teste. Podem danificar outros instrumentos durante os processos de limpeza/esterilização. Se permanecerem no conjunto de instrumentos pode causar desde traumas nos tecidos orgânicos até falha de funcionamento em momentos críticos durante um procedimento cirúrgico. Identifique o mais rápido possível os instrumentos com problemas. Separe-os dos demais e coloque etiquetas indicando que devem ser substituídos ou consertados. A contraindicação está ligada ao implante a ser

utilizado conforme descrito nas instruções de uso que acompanham os implantes. Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados.

Limpeza: O cuidado apropriado com os instrumentais cirúrgicos começa com a limpeza apropriada. O cuidado apropriado significa também a manutenção regular dos instrumentais prevendo afiação e ajustes. Não há nenhuma programação padrão; a manutenção será determinada pela frequência de uso. Além do cuidado da limpeza dos instrumentais, esta instrução cita diversos inimigos dos instrumentais cirúrgicos, tais como: o sangue, o tecido em geral, os resíduos cirúrgicos (que são as causas preliminares dos pontos de corrosão por "piting"), manchas e a descoloração dos instrumentais. A água e a umidade também têm efeitos prejudiciais, permitindo que estas substâncias sequem ou embebam em seus instrumentais causando manchas indesejáveis. Outros inimigos usados na lavagem dos instrumentais com soluções impróprias são: sabão, descorantes, desinfetantes e demais soluções não aconselhadas. Para a conservação correta dos seus instrumentais é importante utilizar métodos recomendados de limpeza e compreender as causas de efeitos indesejáveis, tais como manchas. As manchas aparecem com uma coloração alaranjada ou marrom. A idéia é assegurar o cuidado apropriado para limitá-las ou extingui-las. O sangue, o pus e outras secreções cirúrgicas contêm íons cloreto, que conduzem à corrosão, aparecendo mais freqüentemente com uma cor alaranjado-marrom. Se o instrumental permanecer por um período de tempo prolongado (uma até quatro horas), em contato com estes resíduos, surgirá marcas e manchas no instrumental, principalmente se estes resíduos secarem juntamente com o instrumental. Deve-se limpar e secar completamente os instrumentais após o uso. Somente esterilize um instrumental limpo. A temperatura elevada da autoclave causará reações químicas que podem deixar manchas permanentes nos instrumentais e/ou amarelamento dos mesmos.

Esterilização dos Instrumentais: Os Instrumentais são distribuídos não estéreis. Antes da utilização devem ser esterilizados.

Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital *(ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a*

sterilization process for medical devices)

AUTOCLAVE: É um equipamento para esterilização através de vapor saturado sob pressão.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS: Para partida do equipamento, verificar: se o disjuntor está ligado; se o registro da rede de água está aberto; se o registro de descarga está fechado.

1 - abrir a porta do equipamento; 2 - acomodar o material a ser esterilizado adequadamente; 3 - fechar a porta do equipamento; 4 - selecionar o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado; 5 - ligar a chave geral; 6 - o ciclo transcorrerá automaticamente, na seqüência; 7 - ao acender a lâmpada "final de ciclo", abrir parcialmente a porta por dez (10) minutos, aproximadamente, para resfriamento do material.

É recomendável que seja aplicado os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Tabela - Parâmetros de esterilização física em autoclaves

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição (mínimo)	Tempo de Secagem (máximo)
Convencional (1atm de pressão)	121ºC (250ºF)	30 minutos	-
Alto Vácuo	134ºC (273ºF)	6 minutos	15 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

Para melhor esclarecimento consultar o manual de instruções que acompanha cada autoclave.

Outro método de esterilização: que poderá ser utilizado além da autoclave é a **Esterilização por óxido de etileno** (E.T.O.) - parâmetros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na ISO 11135-1 - Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.

NOTA: Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada. Cuidados com os artigos esterilizados.

Condições de estocagem dos artigos esterilizados: - quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito à equipe do setor; - quanto ao artigo: após o processo de esterilização, não colocá-lo em superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes vazados até que esfriem; - invólucro (tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com filme, tyvec ou caixas metálicas perfuradas) deve permanecer íntegro e ser pouco manuseado para evitar que os pacotes rasguem ou solte o lacre; - ser estocado em armários fechados com prateleiras; - prateleiras identificadas de modo a facilitar a retirada do material; - material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da esterilização para facilitar a distribuição e não ficar material vencido no estoque; - estocar separadamente dos não estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos.

Armazenamento: Os instrumentais cirúrgicos não estéreis devem ser armazenados de forma que a embalagem não seja afetada. Os pacotes não devem ser comprimidos, esmagados, perfurados ou expostos a possíveis danos causados pela água. A área de armazenamento não deve conter impurezas, poeira ou poluentes de qualquer tipo e não deve estar exposta a extremos de temperatura ou umidade. O tráfego na área deve ser mínimo. Os instrumentais devem ser armazenados em carrinhos ou prateleiras, distantes do piso, teto ou paredes. Conservar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries. Ao transportá-lo, deve-se evitar choques, e empilhamentos inadequados. Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C) e umidade relativa em torno de 30% a 70%. Não armazenar diretamente no chão (altura mínima = 20cm) e nem em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo. Não armazenar em lugares nos quais sejam armazenadas substâncias contaminantes como, por exemplo, materiais de limpeza, inseticidas, pesticidas, etc.

Identificação: Os Instrumentais seguem com rótulos onde constam as informações: Nome do Fabricante; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Número do Lote; Número do registro ANVISA; Código do Produto; Quantidade; Descrição do produto que contém a embalagem (modelo); Data de fabricação; Data do vencimento; Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação do produto (Composição); Endereço do fabricante; Nome do Responsável técnico; Os dizeres: “Produto não estéril”; Antes de usar, vide instruções de uso; Advertências/Precauções/Cuidados especiais/Simbologia: Vide Instrução de Uso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação referente ao uso dos Instrumentais relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a Biomecanica através do e-mail tecnovigilancia@biomecanica.com.br ou pelo telefone 0xx14 2104 7906. Em caso de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional de saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm

Registro ANVISA: 80128580140
B0107B – REV03 - 18122023

BIOMECANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.
Rua: Luiz Pengo, 145; 1° Distrito Industrial;
CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900
CNPJ: 58.526.047/0001-73 / INSC EST: 401.042.207.113
www.biomecanica.com.br / biomecanica@biomecanica.com.br